

# WARTUNG IHRES GERÄTES UND SEINES ZUBEHÖRS

## PATIENTENINFORMATION

Sie haben soeben ein **CPAP**- oder **BIPAP**-Gerät erhalten. Für einen einwandfreien Behandlungsablauf ist die richtige Wartung Ihres Gerätes und seines Zubehörs wichtig.

### DAS GERÄT —

Das CPAP-Gerät senkrecht auf einer trockenen Fläche (Nachttisch) aufstellen. Regelmäßig abstauben.



### DER LUFTFILTER —

Der Luftfilter muss alle 2 Wochen durch Ausschütteln entstaubt werden und alle 6 Monate ausgewechselt werden.



### DIE MASKE —

Reinigen Sie Ihre Maske täglich nach Gebrauch mit Wasser und einer milden, parfümfreien, nicht feuchtigkeitssparenden Seife. Trocknen Sie die Maske sorgfältig ab und hängen Sie sie wieder auf.



### DER GURT —

Reinigen Sie den Gurt von Hand in lauwarmem Wasser bei einer Temperatur von 30 °C und mit einer milden Seife. Spülen Sie gründlich nach und lassen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen.



### DER ATEMLUFTBEFEUCHTER —

Er wird täglich mit Wasser und einer milden Seife gereinigt. Das demineralisierte Wasser muss täglich nach der Reinigung der Wasserkammer erneuert werden.



## **KONTAKTANGABEN :**

Sprechstunde für nicht-invasive Beatmung

Zuständige Pflegekraft

Telefonsprechstunde täglich zwischen 7:30 Uhr und  
8:30 Uhr unter folgender Nummer :

Tél. : (+352) 2862 3827.

20-30, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

[consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu](mailto:consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu)