

WARTUNG IHRES GERÄTES UND SEINES ZUBEHÖRS

PATIENTENINFORMATION

Sie haben soeben ein **CPAP**- oder **BIPAP**-Gerät erhalten. Für einen einwandfreien Behandlungsablauf ist die richtige Wartung Ihres Gerätes und seines Zubehörs wichtig.

DAS GERÄT

Das CPAP-Gerät senkrecht auf einer trockenen Fläche (Nachtisch) aufstellen. Regelmäßig abstauben.



DER LUFTFILTER

Der Luftfilter muss alle 2 Wochen durch Ausschütteln entstaubt werden und alle 6 Monate ausgewechselt werden.



DIE MASKE

Reinigen Sie Ihre Maske täglich nach Gebrauch mit Wasser und einer milden, parfümfreien, nicht feuchtigkeitspendenden Seife, Trocknen Sie die Maske sorgfältig ab und hängen Sie sie wieder auf.



DER GURT

Reinigen Sie den Gurt von Hand in lauwarmem Wasser bei einer Temperatur von **30 °C** und mit einer milden Seife. Spülen Sie gründlich nach und lassen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen.



DER ATEMLUFTBEFEUCHTER

Er wird täglich mit Wasser und einer milden Seife gereinigt. Das demineralisierte Wasser muss täglich nach der Reinigung der Wasserkammer erneuert werden.



DER SCHLAUCH

Einmal pro Woche mit lauwarmen Wasser durchspülen.



KONTAKTANGABEN :

Sprechstunde für nicht-invasive Beatmung

Zuständige Pflegekraft

Telefonsprechstunde täglich zwischen **7:30 Uhr und 8:30 Uhr** unter folgender Nummer :

Tél. : (+352) 2863 3827

20-30, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu